



Máscara Cirúrgica Descartável EN 14683 Mod.: JM01

Resultados de Desempenho EN 14683

BFE % Eficiência de Filtração Bacteriana EN 14683	Requisitos Tipo II	1.8 % Resultado Superior
99,8%	≥98%	
Pressão Diferencial EN 14683	Requisitos Tipo IIR	20 % Resultado Superior
47,8 Pa/cm ²	< 60 Pa/cm ²	
Limpeza Microbiana ISO 11737-1	Requisitos Tipo II	93 % Resultado Superior
2.1 cfu/g	≤30 cfu/g	
Biocompatibilidade ISO 10993	Requisitos Tipo II	APROVADO
APROVADO	APROVADO	

Alta Capacidade de Filtração Baixa Resistência na Respiração

Especificações

- Máscara Descartável Cirúrgica.
- Composta por 3 camadas não tecidas: Spunbond + Meltblown + Spunbond, soldadas ultrasonicamente o que garante uma construção fortalecida.
- 2 elásticos de suporte de poliéster com spandex.
- Suporte para o nariz ajustável.

Informação Técnica

Cor : Azul
Dimensões : 175*95mm
Material : Spunbond (25gr)+MeltBlown (25gr)+Spunbond (25gr)
Tipo : Ajuste à orelha
Embalamento : 50 unid./embalagem, 40embalagens/caixa
Dimensão da Caixa : 52*38*30 cm



Certificação de Acordo com EN 14683: Tipo IIR

Eficiência de Filtração Bacteriana (EN 14683 Anexo B): BFE > 99%

Pressão Diferencial (EN 14683 Anexo C, Pa/cm²): 40 < ΔP < 60

Limpeza Microbiana (EN 14683 Anexo D): CFU/g < 30

CERTIFICAÇÃO

CE 0598 report: Report No: SL52025257539601TX
JM01